

構成一覧表

番号	品名及び規格	数量	単位	備考
	手術室用Cアームイメージングシステム一式			
	【内容】			
1	Cios Flow 本体	1	式	
	Cアーム(内径:73cm、フリースペース:80cm)	1	式	
	タッチパネルコントローラ搭載			
	X線発生器	1	式	
	X線管装置	1	式	
	フラットディテクタ装置(FD)	1	式	
	視野サイズ: 30cm×30cm			
	モニターカート Flex Plus(モニタ開閉&高さ調整機構)	1	式	
	19インチカラー液晶モニタ×2面			
	タッチパネルコントローラ+マウス			
	DVI外部出力×2(Live & Ref)			
	透視・撮影機能	1	式	
	連続透視、パルス透視、シングルイメージ撮影			
	線量・輝度・コントラスト自動調整機能			
	フットスイッチ			
	ハンドスイッチ			
	DSA+Roadmap機能			
	面積線量計	1	式	
	PCハードウェア/ 画像処理	1	式	
	画像記録装置(300,000画像)			
	CD / DVD / USB保存機能(DICOM、TIFF、AVI)			
	LIH(ラストイメージホールド機能)/LSH(ラストシーンホールド機能)			
	サーマルプリンタ ソニー製 UP-X898MD			
	DICOM機能	1	式	
	DICOMフォーマット外部画像記録(CD-R/ DVD-R / USB)			
	DICOM Send			
	DICOM MWM / MPPS			
	搬入・据付調整	1	式	

□特記事項

- ・納品時には、仮の備品シールを納品される全ての機器に貼ること。
また、後日、正規の備品番号シールを、先に張った仮備品シールの機器に全て貼ること。
- ・仮備品シール及び正規の備品番号シールについては、病院側から落札業者へ渡します。
- ・同等品(性能かつ定価)以上で入札に参加する場合は事前に了承を得ること。
- ・納品後は、納品書と納品した写真を併せて提出すること。

